

УТВЕРЖДАЮ



Заместитель директора ВНИИМЦ

В.К.Овчаров

В.К.Овчаров 2000 г.

ИЗМЕНЕНИЕ № 1

МИ 485-84

"МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ.
МИКРОЮПИЦ "ГАЗОХРОМ 101".
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ"

Пункт 1, таблица 1. Последние две строки изложить в новой редакции:

"– определение отклонения действительного значения вместимости от номинального."

Пункт 4.4. Изложить в новой редакции:

"Определение отклонения действительного значения вместимости от номинального проводят весовым методом."

Пункт 4.4.2. Последний абзац изложить в новой редакции:

"Определение производят три раза."

Пункт 4.4.4. Изложить в новой редакции первую, вторую, четвертую, пятую, седьмую, восьмую строки:

"Отклонение действительного значения вместимости от номинального (ΔV) определяют по формуле:"

" V_n – номинальная вместимость микроприца 1.00 мкл"

" V_d – действительное значение вместимости микроприца,"

" d^t – плотность воды при температуре окружающего воздуха, г/см³ (Приложение 2)".

Заменить в формуле (2) " d'_{20} " на " d^t ".

Пункт 4.4.5. Исключить последний абзац.

Пункты 5.1. и 5.2. Исключить слово "ведомственной".

Приложение 2. Изложить весь текст в новой редакции:

Плотность воды при различных температурах

| Температура, °С | Плотность, г/см |
|-----------------|-----------------|
| 18,0 | 0,9986 |
| 19,0 | 0,9984 |
| 20,0 | 0,9982 |
| 21,0 | 0,9980 |
| 22,0 | 0,9978 |