
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
54035—
2010

ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ, КОРМА, ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ СЫРЬЕ

**Метод определения содержания
анаболических стероидов и производных
стильбена с помощью газовой хроматографии
с масс-спектрометрическим детектором**

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2011

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным учреждением «Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» (ФГУ «ВГНКИ»), Федеральным государственным учреждением «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» (ФГУ «ЦНМВЛ»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 335 «Методы испытаний агропромышленной продукции на безопасность»

3 УТВЕРЖДЕН Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2010 г. № 649-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2011

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

| | |
|--|----|
| 1 Область применения | 1 |
| 2 Нормативные ссылки | 1 |
| 3 Сущность метода | 2 |
| 4 Средства измерений, вспомогательное оборудование, реактивы и материалы | 2 |
| 5 Условия выполнения измерений и требования безопасности | 4 |
| 6 Подготовка к проведению измерений | 4 |
| 7 Порядок выполнения измерений | 8 |
| 8 Обработка результатов ГХ-МС анализа | 11 |
| 9 Метрологические характеристики | 13 |
| 10 Оформление результатов измерений | 13 |
| 11 Контроль точности измерений | 13 |
| Библиография | 14 |

ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ, КОРМА, ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ СЫРЬЕ

Метод определения содержания анаболических стероидов и производных стильтбена с помощью газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектором

Food products, feeds, food raw materials.

Method of determination of anabolic steroids and stylben derivatives by gas chromatography with mass spectrometry detector

Дата введения — 2012—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на продукты пищевые, корма, продовольственное сырье и устанавливает метод газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием для идентификации и количественного определения анаболических стероидов и производных стильтбена.

Диапазон измерений от 0,1 до 100,0 мкг/кг.

Метод может быть использован для идентификации и количественного определения анаболических стероидов и производных стильтбена в физиологических жидкостях и органах животных.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 12.1.019—2009 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ Р 51447—99 (ИСО 3100-1—91) Мясо и мясные продукты. Методы отбора проб

ГОСТ Р 53228—2008 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

ГОСТ 12.1.005—88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007—76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.085—2002 Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности

ГОСТ 61—75 Реактивы. Кислота уксусная. Технические условия

ГОСТ 1770—74 (ИСО 1042—83, ИСО 4788—80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 2603—79 Реактивы. Ацетон. Технические условия

ГОСТ 3118—77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия

ГОСТ 4166—76 Реактивы. Натрий сернокислый. Технические условия

ГОСТ 6995—77 Реактивы. Метанол-яд. Технические условия

ГОСТ 13496.0—80 Комбикорма, сырье. Методы отбора проб

ГОСТ 13647—78 Реактивы. Пиридин. Технические условия

ГОСТ 13867—68 Продукты химические. Обозначение чистоты

ГОСТ 24363—80 Реактивы. Калия гидроокись. Технические условия

ГОСТ 25336—82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ Р 54035—2010

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Сущность метода

Идентификацию и количественное определение анаболических стероидов и производных стильтбена проводят методом газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектором (ГХ-МС) с использованием аналитических стандартов анаболических веществ с учетом критериев идентификации.

Количественное определение анаболических стероидов и производных стильтбена проводят методом внутреннего стандарта по площади пика идентифицированных соединений относительно градуировочной зависимости, полученной при анализе градуировочных растворов в аналогичных условиях.

4 Средства измерений, вспомогательное оборудование, реактивы и материалы

4.1 При определении содержания анаболических стероидов и производных стильтбена применяют следующие средства измерений и вспомогательное оборудование:

- хромато-масс-спектрометр, позволяющий проводить измерения в диапазоне масс от 45 до 650 атомных единиц массы (а.е.м.), с разрешением по шкале масс не более 1,0 а.е.м. и чувствительностью в режиме ионизации электронным ударом: при инъекции в колонку 2 пг гексахлорбензола (сканирование в диапазоне от 45 до 350 а.е.м. за 1 с) отношение сигнал/шум на молекулярном ионе с m/z 284 не менее 10/1;
- колонку кварцевую капиллярную 30 м × 0,25 мм × 0,25 мкм с индексом полярности неподвижной жидкой фазы от пяти до 30;
- компьютер с установленным программным обеспечением для управления хромато-масс-спектрометром и обработки результатов измерений;
- автосамплер для газового хроматографа;
- бинарный жидкостный хроматограф со спектрофотометрическим детектором;
- ВЭЖХ (высокоэффективная жидкостная хроматография) колонка C18 250 мм × 4,6 мм × 5 мкм;
- ВЭЖХ предколонка C18 10 мм × 4,6 мм × 5 мкм;
- пипетки одноканальные переменного объема 10—100 мм³, 40—200 мм³, 200—1000 мм³, 1—5 см³ с допустимой относительной погрешностью дозирования по метанолу не более 2 % (Transferpettor Brand, Германия)*;
- весы класса точности I и класса точности II с дискретностью отсчета $d=0,01$ мг, поверочным делением $e = 100 d$ по ГОСТ Р 53228;
- модуль терmostатируемый нагревательный с системой отдувки растворителей инертным газом и максимальной температурой терmostатирования 250 °C;
- измельчитель-гомогенизатор лабораторный;
- испаритель ротационный со скоростью вращения от 20 до 280 об/мин и температурным диапазоном нагревательной бани от 30 °C до 100 °C;
- центрифугу лабораторную рефрижераторную со скоростью вращения ротора не менее 3500 об/с и диапазоном рабочих температур от минус 10 °C до 25 °C, с адаптерами для пробирок вместимостью 15, 50 см³ и микроцентрифужных пробирок вместимостью 1,5 см³;
- картриджи для твердофазной экстракции объемом не менее 12 см³, заполненные обращено-фазным сорбентом C18 с диаметром частиц не более 50 мкм;
- устройство вакуумное для твердофазной экстракции;

* Указанные материалы являются рекомендуемыми к применению. Эта информация приведена для удобства пользователей настоящего стандарта.

- флаконы стеклянные вместимостью 4 см³ с завинчивающимися крышками и тефлоновыми прокладками;
- флаконы стеклянные вместимостью 40 см³ с завинчивающимися крышками и тефлоновыми прокладками;
- флаконы стеклянные вместимостью 2 см³ с завинчивающимися тефлоновыми прокладками и вставками объемом 100 мм³;
- колбы мерные стеклянные 2-10-2 по ГОСТ 1770;
- колбы мерные стеклянные 2-100-2 по ГОСТ 1770;
- колбы мерные стеклянные 2-1000-2 по ГОСТ 1770;
- колбы круглодонные К-1-100-14/23 ТС по ГОСТ 25336;
- баню ультразвуковую с рабочей частотой не менее 20 кГц и объемом не менее 1 дм³;
- pH-метр с набором электродов, с пределами абсолютной погрешности измерений ± 0,01 pH.

Допускается применение других средств измерений и вспомогательного оборудования с метрологическими и техническими характеристиками не ниже указанных.

4.2 При выполнении измерений применяют следующие реактивы и материалы:

- гелий газообразный марки «60»;
- фермент протеолитический Subtilisine A (Sigma, Германия, № P-5380)*;
- уксусную кислоту по ГОСТ 61, х. ч.;
- соляную кислоту по ГОСТ 3118, х. ч.;
- натрий уксуснокислый, х. ч.;
- эфир метил-трет-бутиловый для хроматографии;
- воду деионизованную;
- N-метил-N- trimetilсилил-трифторацетамид (МСТФА) (Sigma, Германия, № M-7891)*;
- trimetilйодсилан (ТМИС) (Aldrich, Германия, № 19,552-9)*;
- дитиоэритритол (ДТЭ), х. ч.;
- пиридин по ГОСТ 13647;
- N,N-бис-trimetilсилилтрифторацетамид (БСТФА) (Sigma, Германия, № T-5634)*;
- trimetilхлорсилан (ТМХС) (Sigma, Германия № T-4252)*;
- пентафторпропионовый ангидрид, х. ч.;
- метоксиламин гидрохлорид ангидрид (Aldrich, Германия, № 22,690-4)*;
- н-Гексан, х. ч.;
- калия гидроокись по ГОСТ 24363, х. ч.;
- метанол-яд по ГОСТ 6995;
- этанол абсолютный, х. ч.;
- изооктан, х. ч.;
- кальций хлористый двухводный, х. ч.;
- ацетон по ГОСТ 2603, х. ч.;
- сорбент C18 40 мкм (Varian, США, №12213012)*;
- сок пищеварительный Helix pomatia (Merck, Германия, № 1.04114)*;
- натрий сернокислый по ГОСТ 4166, х. ч.;
- ацетонитрил, ч. д. а.;
- три(гидроксиметил)-аминометан, х. ч.

Все реактивы должны относиться к подгруппе чистоты 2 х.ч. или 3 ч.д.а. по ГОСТ 13867.

4.3 Для определения содержания анаболических стероидов и производных стильтбена применяют следующие стандартные образцы:

- диэтилстильбестрол-d6 с содержанием основного вещества не менее 99,0 % (RIKILT**, BRS 01)*;
- диенестрол-d2 с содержанием основного вещества не менее 99,0 % (RIKILT, BRS 02)*;
- гексестрол-d4 с содержанием основного вещества не менее 98,0 % (RIKILT, BRS 03)*;
- нортестостерон-d3 с содержанием основного вещества не менее 98,0 % (RIKILT, BRS 04)*;
- метилтестостерон-d3 с содержанием основного вещества не менее 98,0 % O (RIKILT, BRS 05)*;
- 17β-Эстрадиол-d3 с содержанием основного вещества не менее 98,0 % (RIKILT, BRS 54)*;
- 17β-Тестостерон-d2 с содержанием основного вещества не менее 98,0 % (RIKILT, BRS 55)*;
- 17α-Нортестостерон с содержанием основного вещества не менее 99,0 % (RIKILT, BRS 56)*;
- 17α-Тренболон с содержанием основного вещества не менее 99,0 % (RIKILT, BRS 57)*;

* Указанные реактивы и стандартные образцы являются рекомендуемыми к применению. Эта информация приведена для удобства пользователей настоящего стандарта.

** Институт пищевой безопасности, расположенный в Нидерландах.

ГОСТ Р 54035—2010

- 17 β -Тренболон с содержанием основного вещества не менее 99,0 % (RIKILT, BRS 58)*;
- 17 β -Тренболон-d2 с содержанием основного вещества не менее 99,0 % (RIKILT, BRS 59)*;
- 17 β -Тренболон-d3 с содержанием основного вещества не менее 99,0 % (RIKILT, BRS 72)*;
- 17-Метилтестостерон с содержанием основного вещества не менее 98,0 % (Acros, 225730050)*;
- 17 α -Этинилэстрадиол с содержанием основного вещества не менее 98,0 % (Sigma, E-4876)*;
- β -Эстрадиол с содержанием основного вещества не менее 98,0 % (Sigma, E-8875)*;
- 17 β -Тестостерон с содержанием основного вещества не менее 99,0 % (Acros, 164410050)*;
- прогестерон с содержанием основного вещества не менее 99,0 % (Sigma, P-0130)*;
- 19-Нортестостерон с содержанием основного вещества не менее 99,0 % (Fluka, 74640)*;
- диенэстрол с содержанием основного вещества не менее 98,0 % (Sigma, D-3253)*;
- гексестрол с содержанием основного вещества не менее 99,0 % (Sigma, H-7753)*;
- диэтилстильбэстрол с содержанием основного вещества не менее 99,0 % (Sigma, D-4628)*;
- стандартные образцы с аттестованным содержанием анаболических веществ*:
 - 1) лиофилизованная моча с аттестованным содержанием диэтилстильбэстрола (IRMM**, BCR-411);
 - 2) лиофилизованное мясо с аттестованным содержанием диэтилстильбэстрола (IRMM, BCR-411);
 - 3) лиофилизованная печень с аттестованным содержанием 17 α -Тренболона (IRMM, BCR-474/475).

5 Условия выполнения измерений и требования безопасности

5.1 Используемые в работе реагенты относятся к веществам 1-го и 2-го классов опасности по ГОСТ 12.1.007, при работе с ними необходимо соблюдать требования безопасности, установленные для работ с токсичными, едкими и легковоспламеняющимися веществами по ГОСТ 12.1.005.

5.2 Помещения, в которых проводят анализ и подготовку проб, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией.

5.3 Операции по приготовлению и дозированию градуировочных растворов в процессе подготовки проб следует проводить под тягой в вытяжном шкафу.

5.4 При проведении испытаний следует соблюдать ГОСТ 12.2.085.

5.5 При выполнении измерений на хромато-масс-спектрометре следует соблюдать правила электробезопасности в соответствии с ГОСТ Р 12.1.019 и инструкцией по эксплуатации прибора.

5.6 К выполнению измерений методом газовой хроматографии допускаются лица, владеющие техникой ГХ-МС и изучившие инструкции по эксплуатации применяемой аппаратуры.

5.7 При определении анаболических стероидов и производных стильтбена в лаборатории должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающего воздуха от 20 °C до 25 °C;
- атмосферное давление от 84 до 106 кПа;
- напряжение в электросети (220 ± 20) В;
- частота тока в электросети от 49 до 51 Гц;
- относительная влажность воздуха от 40 % до 80 %.

5.8 Хроматографические измерения проводят в условиях, указанных в инструкции по эксплуатации соответствующего прибора.

6 Подготовка к проведению измерений

6.1 Отбор проб

6.1.1 Отбор проб мяса и мясных продуктов, включая мясо и продукты из мяса птицы, проводят в соответствии с ГОСТ Р 51447.

6.1.2 Объем отбираемых образцов мочи должен быть не менее 40 см³.

Объем отбираемых образцов желчи должен быть не менее 30 см³.

Отобранные образцы мочи и желчи при отсутствии возможности исследования в день отбора замораживают при температуре минус 20 °C до проведения исследования.

* Указанные реагенты и стандартные образцы являются рекомендуемыми к применению. Эта информация приведена для удобства пользователей настоящего стандарта.

** Институт референтных материалов и измерений, расположенный в Бельгии.

6.1.3 Отбор проб кормов — по ГОСТ 13496.0.

6.2 Подготовка хромато-масс-спектрометра к выполнению измерений

Подготовку хромато-масс-спектрометра к работе осуществляют в соответствии с техническим руководством по эксплуатации прибора.

6.3 Приготовление растворов

6.3.1 Приготовление трис-буфера молярной концентрации 0,1 моль/дм³ и pH 9,5

В мерную колбу вместимостью 1000 см³ вносят 12,1 г трис(гидроксиметил)-амино-метана и 7,3 г кальция хлористого двухводного, растворяют в 800 см³ дейонизованной воды, измеряют pH, доводят значение pH до (9,5 ± 0,1) соляной кислотой молярной концентрации 1 моль/дм³ (6.3.7) и доводят объем до метки дейонизированной водой.

Срок хранения при температуре от 2 °C до 4 °C — не более 1 мес.

6.3.2 Приготовление щелочного раствора для гидролиза

В мерную колбу вместимостью 100 см³ вносят 5,6 г гидрооксида калия, растворяют в 80 см³ метанола и доводят объем до метки метанолом.

Срок хранения при температуре от 2 °C до 4 °C — не более 1 недели.

6.3.3 Приготовление ацетатного буферного раствора молярной концентрации 0,2 моль/дм³

В мерную колбу вместимостью 1000 см³ вносят 16,4 г натрия уксуснокислого, растворяют в 900 см³ дейонизированной воды, измеряют pH, доводят значение pH до (5,2 ± 0,1) концентрированной уксусной кислотой и доводят объем до метки дейонизированной водой.

Срок хранения при температуре от 2 °C до 4 °C — не более 1 мес.

6.3.4 Приготовление «кислого» буферного раствора

Для приготовления «кислого» буферного раствора смешивают 1,7 см³ соляной кислоты с 98,3 см³ ацетатного буферного раствора (6.3.3) в мерной колбе вместимостью 100 см³.

Срок хранения при температуре от 2 °C до 4 °C — не более 1 недели.

6.3.5 Приготовление раствора для дериватизации

Для приготовления раствора МСТФА/ТМИС/ДТЭ смешивают 1000 мм³ МСТФА и 5 мм³ ТМИС во флаконе вместимостью 2 см³, добавляют к полученному раствору 2 мг ДТЭ.

Срок хранения при температуре от 2 °C до 4 °C — не более 1 недели.

6.3.6 Приготовление 2 %-ного раствора метоксиламин гидрохлорида в сухом пиридине

Для приготовления раствора 0,04 г метоксиламин гидрохлорида вносят во флакон вместимостью 4 см³ и приливают 2 см³ пиридина.

Срок хранения при комнатной температуре в вытяжном шкафу — не более 1 недели.

6.3.7 Приготовление раствора соляной кислоты молярной концентрации 1 моль/дм³

В мерную колбу вместимостью 1000 см³ приливают 500 см³ дейонизированной воды, вносят 81 см³ концентрированной соляной кислоты и доводят объем до метки дейонизированной водой.

Срок хранения при комнатной температуре — не более 1 мес.

6.3.8 Приготовление растворов внутреннего стандарта

В мерную колбу вместимостью 100 см³ вносят 1 мг стандартного образца дейтерированных производных, приливают 80 см³ этанола, перемешивают и помещают раствор на 1 мин на ультразвуковую баню, затем доводят объем до метки этанолом. В мерную колбу вместимостью 10 см³ пипеточным дозатором вносят 0,1 см³ приготовленного раствора и доводят объем до метки этанолом.

Массовая концентрация раствора внутреннего стандарта составляет 0,1 мкг/см³.

6.3.9 Приготовление стандартного раствора С₀ анаболических стероидов и производных стильтбена

В мерную колбу вместимостью 100 см³ вносят 10 мг стандартного образца, приливают 80 см³ этанола, перемешивают и помещают раствор на 1 мин на ультразвуковую баню, затем доводят объем до метки этанолом.

Массовая концентрация каждого соединения в растворе С₀ составляет 0,1 мг/см³.

Срок хранения при температуре не выше минус 18 °C — не более 12 мес.

6.3.10 Приготовление стандартного раствора С₁ анаболических стероидов и производных стильтбена

В мерную колбу вместимостью 10 см³ пипеточным дозатором вносят 0,1 см³ стандартного раствора С₀ (6.3.9) и доводят объем до метки этанолом.

Массовая концентрация каждого соединения в растворе С₁ составляет 1000 нг/см³.

Срок хранения при температуре от 2 °C до 4 °C — не более 4 мес.

6.3.11 Приготовление стандартного раствора C_2 анаболических стероидов и производных стильтбена

В мерную колбу вместимостью 10 см³ пипеточным дозатором вносят 1 см³ стандартного раствора C_1 (6.3.10) и доводят объем до метки этанолом.

Массовая концентрация каждого соединения в растворе C_2 составляет 100 нг/см³.

Срок хранения при температуре от 2 °C до 4 °C — не более 4 мес.

6.3.12 Приготовление стандартного раствора C_3 анаболических стероидов и производных стильтбена

В мерную колбу вместимостью 10 см³ пипеточным дозатором вносят 1 см³ стандартного раствора C_2 (6.3.11) и доводят объем до метки этанолом.

Массовая концентрация каждого соединения в растворе C_3 составляет 10 нг/см³.

Срок хранения при температуре от 2 °C до 4 °C — не более 4 мес.

6.3.13 Приготовление стандартного раствора C_4 анаболических стероидов и производных стильтбена

В мерную колбу вместимостью 10 см³ пипеточным дозатором вносят 5 см³ стандартного раствора C_3 (6.3.12) и доводят объем до метки этанолом.

Массовая концентрация каждого соединения в растворе C_4 составляет 5 нг/см³.

Срок хранения при температуре от 2 °C до 4 °C — не более 4 мес.

6.3.14 Приготовление градуировочных растворов анаболических стероидов и производных стильтбена

Для приготовления градуировочного раствора массовой концентрации 0,1 нг/см³ к сухому остатку после упаривания чистой пробы исследуемого типа матриц вносят 0,02 см³ стандартного раствора C_4 (6.3.13), приливают 0,1 см³ раствора каждого внутреннего стандарта (6.3.8). Затем пипеточным дозатором вносят 0,88 см³ этанола, переносят на шейкер и гомогенизируют. Затем помещают на центрифугу и центрифицируют при 15000 об/мин в течение 10 мин при температуре 10 °C.

Для приготовления градуировочного раствора массовой концентрации 0,5 нг/см³ используют стандартный раствор C_4 (6.3.13).

Для приготовления градуировочного раствора массовой концентрации 1 нг/см³ используют стандартный раствор C_3 (6.3.12).

Для приготовления градуировочного раствора массовой концентрации 10 нг/см³ используют стандартный раствор C_2 (6.3.11).

Для приготовления градуировочного раствора массовой концентрации 100 нг/см³ используют стандартный раствор C_1 (6.3.10).

К сухому остатку после упаривания чистой пробы исследуемого типа матриц вносят 0,1 см³ соответствующего стандартного раствора, приливают 0,1 см³ раствора внутреннего стандарта (6.3.8). Затем пипеточным дозатором вносят 0,8 см³ этанола, переносят на шейкер и гомогенизируют. Затем помещают на центрифугу и центрифицируют при 15000 об/мин в течение 10 мин при температуре 10 °C.

Приготовленные градуировочные растворы и растворы внутренних стандартов хранят в морозильнике при температуре не выше минус 20 °C. Перед применением растворы выдерживают при комнатной температуре в темном месте не менее 30 мин.

6.4 Подготовка газового хроматографа к выполнению измерений

6.4.1 Подготовку газового хроматографа к работе осуществляют в соответствии с техническим руководством по эксплуатации прибора. Для получения градуировочных характеристик устанавливают параметры газового хроматографа в соответствии с 6.5.1.

6.4.2 Для получения градуировочных данных используют градуировочные растворы анаболических стероидов и производных стильтбена и растворы их дейтерированных производных в соответствии с таблицей 1, внесенные в заведомо чистые образцы исследуемого типа матриц (градуировочные растворы анаболических стероидов, производных стильтбена и их дейтерированные производные вносят в матрицу перед этапом дериватизации). В качестве внутреннего стандарта используют дейтерированные производные определяемых соединений. Для каждого анаболического стероида и производного стильтбена используют соответствующее дейтерированное производное.

Т а б л и ц а 1 — Массовая концентрация анаболических стероидов и производных стильтбена в градуировочных растворах

| Наименование анаболического стероида и производного стильтбена | Градуировочный уровень | | | | |
|--|---|-----|-----|-----|-----|
| | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 | № 5 |
| | Массовая концентрация, нг/см ³ | | | | |
| Нативные анаболические стероиды и производные стильтбена | | | | | |
| 17 α -Нортестостерон | 0,1 | 0,5 | 1 | 10 | 100 |
| 17 β -Нортестостерон | 0,1 | 0,5 | 1 | 10 | 100 |
| 17 α -Тренболон | 0,1 | 0,5 | 1 | 10 | 100 |
| 17 β -Тренболон | 0,1 | 0,5 | 1 | 10 | 100 |
| α -Эстрадиол | 0,1 | 0,5 | 1 | 10 | 100 |
| β -Эстрадиол | 0,1 | 0,5 | 1 | 10 | 100 |
| 17 α -Этинилэстрадиол | 0,1 | 0,5 | 1 | 10 | 100 |
| 17-Метилтестостерон | 0,1 | 0,5 | 1 | 10 | 100 |
| 17 α -Тестостерон | 0,1 | 0,5 | 1 | 10 | 100 |
| 17 β -Тестостерон | 0,1 | 0,5 | 1 | 10 | 100 |
| Диенэстрол | 0,1 | 0,5 | 1 | 10 | 100 |
| Гексестрол | 0,1 | 0,5 | 1 | 10 | 100 |
| Диэтилстильбэстрол | 0,1 | 0,5 | 1 | 10 | 100 |
| Прогестерон | 0,1 | 0,5 | 1 | 10 | 100 |
| Изотопно-меченные анаболические стероиды и производные стильтбена/внутренний стандарт | | | | | |
| Нортестостерон-d3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 17 β -Тренболон-d3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 17 β -Эстрадиол-d3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 17 β -Тестостерон-d2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Метилтестостерон-d3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Диенэстрол-d2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Гексестрол-d4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Диэтилстильбэстрол-d6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

6.4.3 При установлении градуировочной характеристики следует использовать не менее трех уровней массовых концентраций градуировочных растворов в диапазоне массы определяемого аналита от 1 до 100 нг. В инжектор хроматографа вводят не менее двух раз каждый градуировочный раствор.

С помощью компьютерной системы обработки данных устанавливают градуировочную зависимость для площади пика методом внутреннего стандарта для каждого аналита по формуле

$$k_i = \frac{S_i M_{is}}{S_{is} M_i}, \quad (1)$$

где k_i — коэффициент отклика для i -го аналита;

S_i — площадь пика i -го аналита в градуировочном растворе;

S_{is} — площадь пика внутреннего стандарта в градуировочном растворе;

M_i — массовая концентрация i -го аналита в градуировочном растворе, нг/см³;

M_{is} — массовая концентрация внутреннего стандарта в градуировочном растворе, нг/см³.

ГОСТ Р 54035—2010

Проверяют приемлемость полученных значений коэффициента отклика K_i для каждого аналита анализируемых градуировочных уровней, используя неравенство

$$\frac{K_i^{\max} - K_i^{\min}}{\bar{K}_i} 100 \leq d_i, \quad (2)$$

где K_i^{\max} — максимальное значение i -го коэффициента отклика;

K_i^{\min} — минимальное значение i -го коэффициента отклика;

\bar{K}_i — среднее значение i -го коэффициента отклика;

d_i — относительная разность коэффициентов отклика.

Значения d_i (при $P = 0,95$) не должны превышать: 5 % ($n = 3$) или 4 % ($n = 2$); n — число параллельных определений i -го коэффициента отклика для каждого градуировочного уровня.

6.4.4 При отсутствии дейтерированных производных анаболических стероидов и производных стильбена используют метод абсолютной градуировки. Образцы для градуировки готовят по 6.4.2, за исключением введения раствора дейтерированных производных.

6.4.5 Расчеты коэффициента отклика и площади пика выполняют с помощью системы обработки данных в автоматическом режиме.

6.4.6 Градуировочную характеристику считают приемлемой, если рассчитанное программным обеспечением значение квадрата коэффициента корреляции для каждого аналита $\geq 0,98$, а значение «Accuracy» для каждой точки градуировочной кривой находится в диапазоне 80 %—120 %.

6.4.7 Построение новой градуировочной кривой проводят после каждого включения газового хроматографа (остановка работы для сервисного обслуживания или текущей профилактики).

6.5 Условия хроматографических измерений

6.5.1 Газовый хроматограф с масс-спектрометрическим детектором включают в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации и устанавливают параметры, рекомендуемые изготовителем капиллярных колонок. Например, для кварцевой капиллярной колонки 30 м \times 0,25 мм \times 0,25 мкм применяют следующие хроматографические условия:

- газ-носитель — гелий;
- скорость потока газа носителя 1 см³/мин;
- температура инжектора 280 °C;
- инжектор в режиме без деления потока;
- температурная программа колонки:
- начальная температура 100 °C в течение 0,5 мин;
- программируемый нагрев от 100 °C до 290 °C со скоростью 8,0 °C/мин;
- изотерма при 290 °C до 40 мин;
- время анализа 40 мин;
- объем пробы от 1 до 5 мм³.

Допускается использование других хроматографических условий, обеспечивающих разделение компонентов пробы.

6.5.2 Градуировку и настройку масс-спектрометрического детектора в режиме электронной ионизации и tandemной масс-спектрометрии проводят согласно инструкции по эксплуатации прибора.

7 Порядок выполнения измерений

7.1 Обработка проб органов, тканей, мочи, желчи животных и кормов

7.1.1 100 г мышечной ткани, предварительно очищенной от грубой соединительной ткани, измельчают на гомогенизаторе и взвешивают на лабораторных весах по 5,0 г гомогенизированной пробы в двух фляконах вместимостью по 40 см³. Во фляконы добавляют 15 см³ трис-буфера (6.3.1), 5 мг протеолитического фермента и пипеточным дозатором вносят по 50 мм³ раствора дейтерированных стандартных образцов массовой концентрации 10 нг/см³.

Фляконы закрывают крышкой с тефлоновой прокладкой и помещают на нагревательный модуль с магнитной мешалкой при температуре 55 °C на 3 ч. Затем фляконы с образцами охлаждают до комнатной температуры и приливают 2 см³ соляной кислоты. Гидролизат экстрагируют два раза по 15 см³ метил-трет-бутиловым эфиром, собирая эфирные фракции в отдельный флякон. При неполном отделении метил-трет-бутилового эфира фляконы с образцами помещают на центрифугу и центрифугируют при 3000 об/мин в течение 3 мин. Объединенные эфирные экстракты упаривают на ротационном испарителе досуха. Сухой остаток растворяют в 4 см³ метанола, затем приливают 1 см³ дейонизованной воды и

обезжирают два раза по 3 см³ н-Гексаном. Водно-метанольную фракцию очищают методом твердофазной экстракции (ТФЭ), а затем методом ВЭЖХ.

Если интересующие компоненты представлены в виде эфиров (например, гестагены или ацетат тренболона), дополнительно проводят их щелочной гидролиз. Для этого сухой остаток растворяют в 0,2 см³ щелочного раствора для гидролиза (6.3.2) и помещают на нагревательный модуль при температуре 37 °С на 30 мин. Гидролиз останавливают добавлением 1 см³ «кислого» буферного раствора (6.3.4) и обезжирают два раза по 3 см³ н-Гексаном.

7.1.2 Пробу печени или почек измельчают на гомогенизаторе и взвешивают на лабораторных весах по 5,0 г гомогенизированной пробы в двух флаконах вместимостью по 40 см³. Во флаконы добавляют по 15 см³ ацетатного буферного раствора (6.3.3) и 50 мм³ пищеварительного сока *Helix pomatia*. Пипеточным дозатором вносят по 50 мм³ раствора дейтерированных стандартных образцов массовой концентрации 10 нг/см³ и ставят флаконы на нагревательный модуль при температуре 37 °С на 15 ч для ферментативного гидролиза коньюгатов стероидов. После гидролиза флаконы с образцами охлаждают до комнатной температуры, добавляют 2 см³ соляной кислоты и экстрагируют два раза по 15 см³ метил-трет-бутиловым эфиром. При неполном отделении метил-трет-бутилового эфира флаконы с образцами помещают на центрифугу и центрифугируют при 3000 об/мин в течение 3 мин. Объединенные эфирные экстракти переносят в круглодонную колбу и упаривают на ротационном испарителе досуха. Сухой остаток растворяют в 4 см³ метанола, затем приливают 1 см³ десорбированной воды и обезжирают два раза по 3 см³ н-Гексаном. Водно-метанольную фракцию очищают методом ТФЭ (7.2), а затем методом ВЭЖХ (7.3).

7.1.3 Во флакон вносят 10 см³ мочи, 10 см³ ацетатного буферного раствора (6.3.3) и 100 мм³ пищеварительного сока *Helix pomatia*. Пипеточным дозатором вносят 50 мм³ раствора дейтерированных стандартных образцов массовой концентрации 10 нг/см³ и ставят флаконы на нагревательный модуль при температуре 52 °С на 15 ч для ферментативного гидролиза коньюгатов стероидов. Энзиматический гидролизат охлаждают до комнатной температуры и очищают методом ТФЭ (7.2), а затем методом ВЭЖХ (7.3).

7.1.4 Во флакон вносят 5 см³ желчи, 15 см³ ацетатного буферного раствора (6.3.3) и 100 мм³ пищеварительного сока *Helix pomatia*. Далее проводят обработку пробы в соответствии с 7.1.3.

7.1.5 5 г жира взвешивают на лабораторных весах в стеклянном флаконе вместимостью 40 см³. Во флакон добавляют 20 см³ н-Гексана и 10 см³ ацетонитрила. Пипеточным дозатором вносят 50 мм³ раствора дейтерированных стандартных образцов массовой концентрации 10 нг/см³. Помещают флакон на ультразвуковую баню на 15 мин до полного растворения жира. Затем интенсивно перемешивают, флакон с образцом помещают на центрифугу и центрифугируют при 2000 об/мин в течение 10 мин. Ацетонитрильную фракцию отбирают и повторяют жидкостно-жидкостную экстракцию 10 см³ ацетонитрила. Объединенные ацетонитрильные фракции упаривают досуха на ротационном испарителе. Сухой остаток растворяют в 1 см³ метанола, а затем приливают 1 см³ десорбированной воды и обезжирают два раза по 3 см³ н-Гексаном. Водно-метанольную фракцию очищают методом ТФЭ (7.2), а затем методом ВЭЖХ (7.3).

7.1.6 100 г кормов измельчают на гомогенизаторе и взвешивают на лабораторных весах по 5,0 г гомогенизированной пробы в двух флаконах вместимостью по 40 см³. Во флаконы добавляют 20 см³ раствора метанола и десорбированной воды, взятых в соотношении 80:20, и пипеточным дозатором вносят по 50 мм³ раствора дейтерированных стандартных образцов массовой концентрации 10 нг/см³. Помещают флаконы на ультразвуковую баню на 20 мин. Затем интенсивно перемешивают, флаконы с образцами помещают на центрифугу и центрифугируют при 2000 об/мин в течение 10 мин. Надосадочный слой обезжирают два раза по 5 см³ н-Гексана и упаривают на ротационном испарителе при температуре 40 °С до окончания упаривания метанола. Водный остаток очищают методом ТФЭ (7.2), а затем методом ВЭЖХ (7.3).

7.2 Очистка методом твердофазной экстракции

Картриджи для ТФЭ объемом 12 см³ с 1 г сорбента C18 40 мкм кондиционируют на вакуумном устройстве для ТФЭ, пропуская последовательно 10 см³ метанола и 4 см³ десорбированной воды. К водно-метанольному экстракту, полученному после стадий экстракции в соответствии с 7.1.1—7.1.6, приливают 15 см³ десорбированной воды и пропускают через кондиционированный картридж со скоростью элюирования не более двух капель в секунду. Промывают картридж последовательно 2 см³ десорбированной воды, 10 см³ раствора метанола и десорбированной воды, взятых в соотношении 20:80, 5 см³ раствора метанола и десорбированной воды, взятых в соотношении 40:60. Элюируют аналиты 10 см³ раствора метанола и десорбированной воды, взятых в соотношении 80:20. Упаривают элюат на ротации

ГОСТ Р 54035—2010

онном испарителе при температуре от 45 °С до 48 °С до 1 или 1,5 см³. Водный остаток очищают методом ВЭЖХ.

7.3 Очистка методом высокоеффективной жидкостной хроматографии

7.3.1 Систему ВЭЖХ с бинарным градиентом и спектрофотометрическим детектором подготавливают в соответствии с руководством по эксплуатации прибора. Вместо петли инжектора устанавливают предколонку C18. Разделение анаболических стероидов и производных стильбена проводят на аналитической колонке C18 (250 мм × 4,6 мм × 5 мкм). При этом соблюдают следующие хроматографические условия:

- подвижная фаза: А — метанол 30 %, Б — вода 70 %;

- градиент до 100 % подвижной фазы А к 10 мин, с 10 до 15 мин — 100 % А, с 15 до 23 мин соотношение А/Б—30/70;

- скорость потока подвижной фазы — 1 см³/мин.

7.3.2 Порядок элюирования анаболических стероидов и производных стильбена: тренболон (7,0 мин), нортестостерон, транс-диэтилстильбэстрол, этинилэстрадиол, гексестрол, диенэстрол, эстрадиол, тестостерон, метилтестостерон, цисдиэтилстильбэстрол, прогестерон (11,5 мин). Времена удерживания уточняют после предварительного анализа стандартного раствора концентрации 1 мкг/см³ для каждого анализа при спектрофотометрическом детектировании 254 нм. Время отбора интересующей фракции должно быть больше на 1 мин времени удерживания последнего анализа.

7.3.3 В положении Load инжектора пропускают через предколонку 0,5 см³ дейонизованной воды, а затем водный остаток пробы после ТФЭ очистки. Переводят инжектор в положение Inject и собирают фракцию, соответствующую временам удерживания анаболических стероидов и производных стильбена. Полученную фракцию анаболических стероидов и производных стильбена после ВЭЖХ упаривают досуха на ротационном испарителе при температуре не выше 45 °С. Сухой остаток растворяют в 1 см³ абсолютного этанола и переносят во флакон вместимостью 4 см³. Упаривают этанол досуха в токе азота на нагревательном модуле при температуре 40 °С.

7.4 Дериватизация анаболических стероидов и производных стильбена

7.4.1 Для получения триметилсилиловых производных анаболических стероидов и производных стильбена к сухому остатку после ВЭЖХ очистки пипеточным дозатором приливают 50 мм³ раствора МСТФА/ТМИС/ДТЭ (6.3.5). Помещают флаконы в нагревательный модуль на 60 мин при температуре 60 °С. Реакционную смесь переносят в стеклянные флаконы вместимостью 2 см³ с вставками на 100 мм³ и используют для ГХ-МС анализа.

7.4.2 Для получения пентафторпропионовых производных анаболических стероидов и производных стильбена к сухому остатку после ВЭЖХ очистки пипеточным дозатором приливают 200 мм³ ацетона и 50 мм³ пентафторпропионового ангидрида. Помещают флаконы в нагревательный модуль на 60 мин при температуре 60 °С. Реакционную смесь упаривают досуха в токе азота на нагревательном модуле при температуре 40 °С. Сухой остаток растворяют в 50 мм³ изооктана, переносят в стеклянные флаконы вместимостью 2 см³ с вставками на 100 мм³ и используют для анализа.

7.4.3 Данный метод дериватизации используют для получения метилоксим/триметилсилиловых (МО/ТМС) производных тренболона и других кетостероидов. При этом к сухому остатку после ВЭЖХ очистки пипеточным дозатором приливают 100 мм³ 2 %-ного раствора метоксиламин гидрохлорида в сухом пиридине (6.3.6). Полученную реакционную смесь помещают на нагревательный модуль при температуре 60 °С на 30 мин. По истечении указанного времени реакционную смесь упаривают досуха в токе азота. К сухому остатку добавляют 100 мм³ БСТФА с 1 мм³ ТМХС и помещают в нагревательный модуль при температуре 60 °С на 60 мин. Реакционную смесь упаривают досуха в токе азота на нагревательном модуле при температуре 40 °С. Сухой остаток растворяют в 50 мм³ изооктана с 5 % реакционной смеси БСТФА/ТМХС, переносят в стеклянные флаконы вместимостью 2 см³ с вставками на 100 мм³ и используют для ГХ-МС анализа.

7.5 ГХ-МС анализ

7.5.1 В инжектор хроматографа вводят от 1 до 5 мм³ пробы и проводят анализ в условиях, указанных в 6.5. При этом для каждого образца проводят не менее двух определений.

7.5.2 Времена удерживания анаболических стероидов и производных стильбена определяют при анализе градуировочных растворов. Время удерживания идентифицированных анаболических стероидов и производных стильбена в анализируемой пробе не должны отличаться от времени удерживания анаболических стероидов и производных стильбена в градуировочном растворе более чем на 2,5 %.

7.5.3 Данные о диагностических ионах дериватов анаболических стероидов и производных стильбена указаны в таблице 2.

Т а б л и ц а 2 — Диагностические ионы дериватов анаболических стероидов и производных стильтбена

| Наименование анаболического стероида и производного стильтбена | Триметилсилиловое производное | Метилосим/триметилсилиловое производное | Пентафторпропионовое производное |
|--|-------------------------------|---|----------------------------------|
| Тестостерон | 417/432 | 268/358/374/389 | 401/417/565/580 |
| Тестостерон d2 | 419/434 | 270/360/376/391 | 403/419/567/582 |
| Нортестостерон | 418 | 254/285/344/375 | 256/402/566 |
| Нортестостерон d3 | 421 | 257/288/347/378 | 256/405/569 |
| Метилтестостерон | 301/341/356/446 | | 305/319/415/430 |
| Метилтестостерон d3 | 301/344/359/449 | | |
| Прогестерон | 458 | 273/286/341/372 | 375/427/445/460 |
| Диэтилстильбэстрол | 217/383/397/412 | 217/383/397/412 | 291/397/531/560 |
| Диэтилстильбэстрол d6 | 220/386/400/418 | 220/386/400/418 | 294/403/534/566 |
| Диенэстрол | 381/395/410 | 381/395/410 | 395/530/543/558 |
| Диенэстрол d2 | 382/397/412 | 382/397/412 | 397/530/545/560 |
| Эстрадиол | 285/326/416 | 285/326/416 | 237/359/401/564 |
| Этинилэстрадиол | 285/425/440 | 285/425/440 | 381/396/409/424 |
| Тренболон | | 240/266/340/371 | |

8 Обработка результатов ГХ-МС анализа

8.1 В соответствии с данными, полученными при анализе градуировочных растворов, оформляют таблицу пиков с использованием программного обеспечения хромато-масс-спектрометра. Метод обработки хроматограммы — внутренний стандарт. При этом используют следующую формулу:

$$X_i = \frac{S_i M_{is}}{S_{is} k_i}, \quad (3)$$

где X_i — содержание i -го аналита в анализируемой пробе, мкг/кг;

S_i — площадь пика i -го аналита в анализируемой пробе;

S_{is} — площадь пика внутреннего стандарта в анализируемой пробе;

M_{is} — содержание внутреннего стандарта в анализируемой пробе, мкг/кг;

k_i — коэффициент отклика для i -го аналита.

8.1.1 Расчеты количества анаболического стероида и производного стильтбена и площади пика выполняются системой обработки данных в автоматическом режиме.

8.1.2 Результаты измерений округляют до второго десятичного знака и выражают в мкг/кг.

За окончательный результат измерений содержания i -го аналита принимают среднеарифметическое результатов двух параллельных определений, если выполняется условие приемлемости:

$$\frac{|X_{i1} - X_{i2}|}{\bar{X}_i} 100 \leq r, \quad (4)$$

где X_{i1} и X_{i2} — результаты параллельных определений содержания i -го аналита, мкг/кг;

\bar{X}_i — среднеарифметическое X_{i1} и X_{i2} , мкг/кг;

r — предел повторяемости при $P = 0,95$; значение приведено в таблице 6, %.

8.1.3 Для целей количественного и подтверждающего анализа допускается проведение измерений в различных режимах tandemной масс-спектрометрии, позволяющих получить требуемое количество подтверждающих критериев. При количественном анализе допускается проведение измерения по одному наиболее интенсивному иону в соответствии с требованиями, установленными в 8.2. Подтверждающий анализ проводят при наличии не менее четырех диагностических критериев в соответствии с требованиями, установленными в 8.2.

ГОСТ Р 54035—2010

8.2 Идентификацию анаболических стероидов и производных стильтбена и их количественное определение проводят с соблюдением следующих условий для масс-спектрометрического детектирования:

- молекулярный ион используют для идентификации, если присутствует в масс-спектре с относительной интенсивностью не менее 10 %;
- относительная ионная интенсивность каждого из диагностических ионов должна быть не менее 10 %;
- соотношение сигнал/шум для каждого диагностического иона должно быть не менее 3/1.

Относительные интенсивности детектированных ионов, выраженные как процент от интенсивности самого интенсивного иона, должны соответствовать таковым из калибровочного раствора, в сопоставимых концентрациях, измеренные при тех же самых условиях, в пределах допустимых отклонений, указанных в таблице 3.

Т а б л и ц а 3 — Максимально допустимые отклонения для относительных ионных интенсивностей

| Относительная интенсивность (% от основного пика) | Электронная ионизация (ЭИ)-ГХ-МС (относительная), % | ГХ-МС ⁿ , (относительная), % |
|--|--|---|
| Св. 50 % | ± 10 | ± 20 |
| » 20 % до 50 % включ. | ± 15 | ± 25 |
| От 10 % » 20 % » | ± 20 | ± 30 |
| Менее 10 % | ± 50 | ± 50 |

При проведении подтверждающего анализа число диагностических ионов для каждого из масс-спектрометрических методов определяют с учетом идентифицирующих критериев.

Для подтверждения каждого из анаболических стероидов и производных стильтбена необходимы минимум четыре идентифицирующих критерия. В таблице 4 установлено число идентифицирующих критериев в зависимости от используемых масс-спектрометрических методов.

Т а б л и ц а 4 — Отношение между масс-спектрометрическими методами и количеством полученных идентифицирующих критериев

| Масс-спектрометрические методы | Количество идентифицирующих критериев, полученных на диагностический ион |
|---|--|
| Масс-спектрометрия низкого разрешения (НР) | 1,0 |
| НР-МС ⁿ ион предшественник | 1,0 |
| НР-МС ⁿ дочерние ионы | 1,5 |
| Масс-спектрометрия высокого разрешения (ВР) | 2,0 |
| ВР-МС ⁿ ион предшественник | 2,0 |
| ВР-МС ⁿ дочерние ионы | 2,5 |

В таблице 5 показаны примеры числа идентифицирующих критериев (n — целое число), полученных для различных масс-спектрометрических методов.

Т а б л и ц а 5 — Примеры расчета идентифицирующих критериев

| Методы ГХ-МС анализа | Число диагностических ионов | Количество идентифицирующих критериев |
|--|--|---------------------------------------|
| ГХ-МС [ЭИ или химическая ионизация (ХИ)] | N | n |
| ГХ-МС (ЭИ или ХИ) 2 производных | 2 (Производное А) + 2 (Производное Б) | 4 |
| ГХ-МС-МС | 1 предшественник и 2 дочерних | 4 |
| ГХ-МС-МС | 2 предшественника, каждый с 1 дочерним | 5 |

9 Метрологические характеристики

Значения допускаемой относительной расширенной неопределенности U_{rel} , % (при коэффициенте охвата $k = 2$), измерений содержания индивидуальных анаболических стероидов и производных стильтбена по установленному в настоящем стандарте методу приведены в таблице 6.

Фактические значения расширенной неопределенности U_c , мкг/кг (при коэффициенте охвата $k = 2$) результатов, полученных при определении содержания индивидуальных бета-адреностимуляторов и признанных приемлемыми (8.1.2), рассчитывают по формуле (7).

Т а б л и ц а 6 — Метрологические характеристики метода

| Диапазон измерений содержаний анаболических стероидов и производных стильтбена, мкг/кг | Относительная расширенная неопределенность ($k = 2$) U_{rel} , % | Предел повторяемости при $P = 0,95$, $n = 2 r_{\text{отн}}$, % |
|--|--|--|
| От 0,10 до 1,00 включ. | 25 | 20 |
| Св. 1,00 » 10,00 » | 15 | 10 |
| » 10,00 | 10 | 5 |

10 Оформление результатов измерений

Результат анализа M_c в документах, предусматривающих его использование, представляют в виде

$$M_c = \bar{X}_{i,c} \pm U_c, \quad (5)$$

где M_c — окончательный результат определения анаболического стероида и производного стильтбена, мкг/кг;

$\bar{X}_{i,c}$ — среднеарифметическое двух параллельных измерений содержания i -го аналита в анализируемой пробе, выполненных в условиях повторяемости, мкг/кг;

U_c — расширенная неопределенность (при коэффициенте охвата $k = 2$) определения содержания i -го аналита, определяемая по формуле (7), мкг/кг.

11 Контроль точности измерений

11.1 Контроль стабильности градуировочной характеристики проводят не реже одного раза в пять дней. Заново анализируют образцы для градуировки хроматографа по 6.4 и определяют коэффициенты отклика для каждого анаболического стероида и производного стильтбена (два параллельных определения) в тех же условиях, в которых была установлена градуировочная характеристика. Градуировочную характеристику признают стабильной, если коэффициент отклика для каждого из двух параллельных определений отличается от значения, установленного при градуировке, не более чем на 10 %. Если градуировочная характеристика нестабильна, градуировку хроматографа проводят заново.

11.2 Контроль смещения результатов измерений с помощью стандартных образцов проводят не реже одного раза в месяц. С использованием стандартной процедуры подготовки проб проводят анализ стандартных образцов в соответствии с разделом 7 и получают результат измерений содержания i -го аналита ($\bar{X}_{i,c}$, мкг/кг). Результаты измерений признают удовлетворительными при выполнении неравенства

$$|\bar{X}_{i,c} - X_{i,a}| \leq \sqrt{U_{i,c}^2 + U_{i,a}^2}, \quad (6)$$

где $\bar{X}_{i,c}$ — содержание i -го аналита в анализируемом стандартном образце, мкг/кг;

$X_{i,a}$ — аттестованное значение содержания i -го аналита в стандартном образце, мкг/кг;

$U_{i,c}$ — расширенная неопределенность (при коэффициенте охвата $k = 2$) результата измерений содержания i -го аналита, полученного при соблюдении требований настоящего стандарта, мкг/кг, рассчитывают по формуле

$$U_{i,c} = 0,15 \bar{X}_{i,c}^{0,76}, \quad (7)$$

где $U_{i,a}$ — расширенная неопределенность (при коэффициенте охвата $k = 2$) аттестованного содержания i -го аналита в аттестованном стандартном образце в соответствии с паспортом (сертификатом) на конкретный стандартный образец, мкг/кг.

Библиография

- [1] ПБ 03-576—2003 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением
(Утверждены Постановлением Гостехнадзора России от 11.06.2003 № 91)

УДК 664.002.3.001.4:006.034

ОКС 65.120
67.050

Ключевые слова: пищевые продукты, продовольственное сырье, анаболические стероиды и производные стильтбена, газовая хроматография с масс-спектрометрическим детектором

Редактор *А.Д. Чайка*
Технический редактор *Н.С. Гришанова*
Корректор *М.В. Бучная*
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Сдано в набор 17.11.2011. Подписано в печать 02.12.2011. Формат 60 × 84 $\frac{1}{8}$. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 2,32. Уч.-изд. л. 1,82. Тираж 196 экз. Зак. 1169.

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.

www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.