

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ РОССИИ**

**Федеральное государственное унитарное предприятие  
«Центральный ордена "Знак Почета"  
научно-исследовательский институт геодезии,  
аэросъемки и картографии им. Ф.Н. Красовского»  
(ФГУП «ЦНИИГАиК»)**

**СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ**

**ПРАВИЛА СДАЧИ  
ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ  
ТЕХНИКИ В КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ**

**Москва  
ФГУП «ЦНИИГАиК»  
2006 г.**

СТО-02570823-21-05

**СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ**

**ПРАВИЛА СДАЧИ**  
**ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ**  
**ТЕХНИКИ В КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ**

Москва  
ФГУП «ЦНИИГАиК»  
2006 г.

## ПРЕДИСЛОВИЕ

**1 РАЗРАБОТАН** Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный ордена " Знак Почета" научно-исследовательский институт геодезии, аэросъемки и картографии им. Ф.Н. Красовского» (ФГУП «ЦНИИГАиК»)

Директор института	Н.Л. Макаренко
Руководитель темы, Зав. ОСМОГИ	А.И. Спиридонов
Зав. лаб. стандартизации	А.С. Трофимов
Исполнитель	А.А. Ефремов

**2 РАССМОТРЕН И ОДОБРЕН** Техническим комитетом ТК 404 «Геодезия и картография» (протокол № 8 от 30.10.2003 г.)

**3 ПРИНЯТ** Роскартографией (заключение от 21.11.2003 г.)

**4 УТВЕРЖДЕН и ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Приказом директора ФГУП «ЦНИИГАиК» от 27.09.2006 г. № 120

### **5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

В настоящем стандарте реализованы нормы Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.05 № 184-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №52, ст.5140).

*Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе «Стандарты организаций по геодезии и картографии», а текст этих изменений – в информационном указателе «Стандарты организаций по геодезии и картографии». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Стандарты организаций по геодезии и картографии».*

©Роскартография, 2006

## II

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ФГУП «ЦНИИГАиК»

Содержание

1 Область применения .....	1
2 Нормативные ссылки .....	1
3 Термины и определения .....	3
4 Общие положения .....	4
5 Основания для проведения ремонта .....	5
6 Правила сдачи топографо-геодезической техники в капитальный ремонт .....	6
7. Порядок получения топографо-геодезической техники после ремонта .....	7
ПРИЛОЖЕНИЯ А, Б, В .....	9

### **Введение**

Данный стандарт должен обеспечить единообразие правил сдачи топографо-геодезической техники в капитальный ремонт и выдачи ее из ремонта. В настоящем стандарте реализованы положения статей 11 – 13,17 Федерального закона «О техническом регулировании от 27.12.05 № 184-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 52, ст. 5140).

## **СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ**

---

### **Правила сдачи топографо-геодезической техники в капитальный ремонт**

---

Дата введения 2006-07-01

## **1 Область применения**

Настоящий стандарт устанавливает общие правила сдачи топографо-геодезической техники в капитальный ремонт и выдачи из ремонта.

Стандарт разработан на основе и в развитие национальных стандартов «Системы технического обслуживания и ремонта техники», других нормативных документов и инструкций, в которых устанавливаются организация и порядок проведения работ по сдаче в капитальный ремонт и выдачи из капитального ремонта топографо-геодезической техники. Перечень техники, на которую распространяется стандарт, дан в приложении А.

## **2 Нормативные ссылки**

В настоящем стандарте с учетом особенностей топографо-геодезической техники использованы положения и требования, установленные в следующих нормативных документах:

ГОСТ 28.001-83 Система технического обслуживания и ремонта техники. Основные положения

ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения

ГОСТ 28470-90 Система технического обслуживания и ремонта средств вычислительной техники и информатики. Виды и методы технического обслуживания и ремонта

ГОСТ 24408-80 Система технического обслуживания и ремонта строительных машин. Правила сдачи в капитальный ремонт и выдачи из капитального ремонта машин и их составных частей. Общие требования

РТМ 68-10-95 Организация и порядок проведения ремонта топографо-геодезических приборов в аэрогеодезических предприятиях.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

### **3 Термины и определения**

В настоящем стандарте применяются следующие термины.

#### **3.1 Топографо-геодезическая техника**

Технические средства, применяемые при проведении топографических и геодезических работ.

#### **3.2 Основные средства**

Совокупность материально-вещественных ценностей, используемых в качестве средств труда и действующих в натуральной форме в течение длительного времени.

#### **3.3 Капитальный ремонт**

Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые.

*Примечание.* Значение близкого к полному восстановлению ресурса устанавливается в нормативно-технической документации на изделие.

#### **3.4 Предельное состояние**

Состояние образца техники, определяемое невозможностью его дальнейшей эксплуатации либо из-за снижения эффективности, либо из-за нарушения требований безопасности.

#### **3.5 Дефект**

Отдельное несоответствие образца техники установленным требованиям.



## **4 Общие положения**

4.1 Ремонт топографо-геодезической техники является составной частью работы предприятия по техническому обеспечению топографических и геодезических работ. Ремонт СИ относится к одному из направлений деятельности метрологической службы по обеспечению единства измерений.

4.2 Ремонт предусматривает технически возможное и экономически целесообразное восстановление ресурса, эксплуатационных свойств и метрологических характеристик топографо-геодезической техники, изменяющихся в процессе их эксплуатации.

4.3 Капитальный ремонт топографо-геодезической техники могут осуществлять:

- предприятия, эксплуатирующие топографо-геодезическую технику;
- предприятия, специализирующиеся на техническом обслуживании топографо-геодезической техники;
- предприятия, производящие топографо-геодезическую технику и составные части комплектов топографо-геодезического назначения.

Предприятия, выполняющие ремонт топографо-геодезической техники, должны иметь лицензию, оформленную в установленном порядке.

4.4 Капитальный ремонт выполняется в соответствии с эксплуатационной документацией, в которой содержатся

сведения по применению, техническому обслуживанию и ремонту, и ремонтной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

## **5 Основания для проведения ремонта**

5.1 Сдача топографо-геодезической техники или ее составных частей в ремонт должна быть оформлена актом сдачи, в котором должны быть отражены техническое состояние и комплектность топографо-геодезической техники.

Рекомендуемая форма акта приведена в приложении Б.

5.2 В ремонт рекомендуется сдавать топографо-геодезическую технику, выработавшую установленный в нормативно-технической документации ресурс до первого или очередного ремонта и достигшую предельного состояния.

Допускается сдавать в ремонт топографо-геодезическую технику, не выработавшую ресурс, установленный в нормативно-технической документации, но достигшей предельного состояния. В этом случае при участии представителя предприятия (организации) или его подразделения, эксплуатирующего геодезическую технику, именуемого в дальнейшем «Заказчик», и ремонтным предприятием (организацией) или ремонтным подразделением эксплуатирующего предприятия, именуемым в дальнейшем «Исполнитель», составляют технический акт, в котором указывают причину неполной выработки ресурса.

Если причиной неполной выработки ресурса явилось

несовершенство конструкции топографо-геодезической техники или низкое качество ее изготовления, в составлении технического акта должны принимать участие, соответственно, представители разработчика или изготовителя изделия. Технический акт утверждает вышестоящая организация по подчиненности «Заказчика».

## **6 Правила сдачи топографо-геодезической техники в капитальный ремонт**

6.1 Сдачу в капитальный ремонт выполняет предприятие (организация) или его подразделение, эксплуатирующее топографо-геодезическую технику, а приемку в ремонт выполняет ремонтное предприятие (организация) или ремонтное подразделение эксплуатирующего предприятия.

6.2 Топографо-геодезическая техника с дефектами базовых частей, устранение которых не предусмотрено действующей нормативно-технической документацией на ремонт, а также с дефектами, возникшими в результате аварии или нарушения правил эксплуатации, принимаются в ремонт только по соглашению между «Заказчиком» и «Исполнителем», в котором следует оговорить степень восстановления прибора.

6.3 Вся топографо-геодезическая техника, сдаваемая в ремонт, должна быть перед сдачей очищена от внешних загрязнений.

6.4 Топографо-геодезическая техника, отправляемая на

ремонтное предприятие, должна быть предохранена отправителем от коррозии, механических и других повреждений.

6.5 К топографо-геодезической технике, сдаваемой в ремонт, должны быть приложены следующие документы:

- заполненные и оформленные паспорт или формуляр предприятия-изготовителя с обязательной отметкой о наработке топографо-геодезической техники к моменту сдачи в ремонт;
- копия аварийного акта, если топографо-геодезическую технику направляют в ремонт в результате аварии;
- технический акт, если топографо-геодезическую технику направляют в ремонт по причине преждевременного наступления предельного состояния.

## **7 Порядок получения топографо-геодезической техники после ремонта**

7.1 Выдача топографо-геодезической техники из ремонта производится исполнителем ремонта и оформляется актом, в котором должны содержаться сведения о соответствии технического состояния и комплектности техники требованиям ремонтных документов и о модернизации, если она была выполнена.

Форма акта приведена в рекомендуемом приложении В.

7.2 Технические характеристики и нормы, определяющие эксплуатационные свойства топографо-геодезической техники и качество ее ремонта, должны соответствовать требованиям ремонтной документации.

7.3 Топографо-геодезическая техника, выпускаемая из ремонта, должна быть принята службой технического контроля «Исполнителя» на основании результатов контроля (испытаний), устанавливаемого нормативно-технической документацией на ремонт, утвержденной в установленном порядке. Средства измерений после их ремонта подвергаются первичной поверке.

7.4 К выдаваемой из ремонта топографо-геодезической технике «Исполнитель» должен прилагать:

- паспорт или формуляр предприятия-изготовителя с отметками о проведенном ремонте;
- акт о выдаче техники из ремонта;
- дополнение к инструкции по эксплуатации и (или) техническому обслуживанию, если при ремонте на технику установлены сборочные единицы и детали, отличающиеся от установленных ранее;
- свидетельство о поверке (для отремонтированных СИ).

7.5 «Исполнитель» должен выдавать топографо-геодезическую технику из ремонта исправной и гарантировать соответствие ее качества требованиям, установленным в ТУ, при соблюдении «Заказчиком» условий и правил эксплуатации, установленных в эксплуатационных документах.

7.6 Гарантийные обязательства «Исполнителя» должны быть предусмотрены в соответствующих нормативно-технических документах и отражены в акте на выдачу техники из ремонта и (или) паспорта (формуляра) предприятия-изготовителя.

Приложение А (рекомендуемое)

**Перечень топографо-геодезической техники,  
на которую распространяются требования стандарта**

геодезические приборы, принадлежности к геодезическим приборам (штативы, рейки, визирные марки, отражатели);

оборудование для прикладной геодезии (геодезические искатели, зенит – (надир) - центриры, приборы для створных измерений);

фотограмметрические приборы;

картографические приборы;

гравиметрическая аппаратура;

аэрофотоаппараты топографические;

приборы для топографической съемки шельфа.

Приложение Б (рекомендуемое)

**Акт сдачи**

Акт № \_\_\_\_\_

на сдачу в капитальный ремонт изделия \_\_\_\_\_

наименование изделия

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Настоящий акт составлен представителем \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_   
наименование ремонтного предприятия (исполнителя) должность, фамилия   
с одной стороны, и представителем \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_   
наименование предприятия, организации (заказчика) должность, фамилия   
с другой, о том, что произведена сдача в капитальный ремонт \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_   
наименование и номер изделия   
паспорт № \_\_\_\_\_ формуляр № \_\_\_\_\_   
при наличии паспорта при наличии формуляра   
наработка с начала эксплуатации или от последнего капитального ремонта

\_\_\_\_\_   
часы, километры пробега и т.п.   
техническое состояние и комплектность \_\_\_\_\_   
наименование изделия

соответствуют \_\_\_\_\_   
наименование и (или) номер нормативно-технической документации

Заключение \_\_\_\_\_   
наименование изделия и состав комплектности

в капитальный ремонт принят \_\_\_\_\_   
дата приемки

не принят \_\_\_\_\_   
указать отклонения от нормативно-технической документации

\_\_\_\_\_   
и (или) другие причины отказа от приема в ремонт   
Представитель ремонтного предприятия \_\_\_\_\_

подпись

Представитель «Заказчика» \_\_\_\_\_   
подпись

МП ремонтного предприятия

Приложение В (рекомендуемое)

**Акт выдачи**

Акт № \_\_\_\_\_

на выдачу из капитального ремонта \_\_\_\_\_  
наименование изделия

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Настоящий акт составлен представителем «Заказчика» \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ наименование предприятия, организации (заказчика), должность и фамилия  
действующим по доверенности № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.  
с одной стороны, и представителем \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ наименование ремонтного предприятия (исполнителя), должность и фамилия  
с другой, о том, что произведена выдача из капитального ремонта  
\_\_\_\_\_ паспорт

№ \_\_\_\_\_  
наименование и номер изделия при наличии паспорта

формуляр № \_\_\_\_\_  
при наличии формуляра

техническое состояние и комплектность \_\_\_\_\_  
наименование изделия

соответствует \_\_\_\_\_  
наименование и (или) номер нормативно-технической документации

Заключение \_\_\_\_\_ признано годным к эксплуатации  
наименование изделия

и выдано из капитального ремонта \_\_\_\_\_ принял представитель  
наименование изделия

«Заказчика» \_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_ сдал представитель ремонтного  
наименование изделия

предприятия \_\_\_\_\_  
подпись

**МП** ремонтного предприятия



СТО-02570823-21-05

---

УДК

ОКС 03.080.10

Т 51

Ключевые слова: топографо-геодезическая техника, ремонт, правила сдачи, порядок получения

---

---

Подписано в печать

14.04.06

Формат 60x90/16

Бумага типографская

Печать офсетная

Усл. печ. л. 1,00

Усл. кр. отт. 1,13

12

Уч. изд. л. 0,96

Тираж 100

Заказ 6-06

ФГУП «ЦНИИГАиК»

125413, Москва,

Онежская ул., 26