

**Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование  
Российской Федерации**

---

**4.1. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ**

**Определение концентраций химических  
веществ в воде централизованных систем  
питьевого водоснабжения**

**Сборник методических указаний  
МУК 4.1.1205—4.1.1212—03**

**Выпуск 3**

**Издание официальное**

**Минздрав России  
Москва • 2004**

**4.1. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ**

**Определение концентраций химических  
веществ в воде централизованных систем  
питьевого водоснабжения**

**Сборник методических указаний  
МУК 4.1.1205—4.1.1212—03**

**Выпуск 3**

**ББК 51.21**  
**О60**

**О60      Определение концентраций химических веществ в воде централизованных систем питьевого водоснабжения: Сборник методических указаний. Вып. 3.—М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2004.—72 с.**

**ISBN 5—7508—0468—2**

1. Подготовлены НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А. Н. Сысина РАМН под руководством д. б. н. А. Г. Малышевой авторским коллективом специалистов в составе: к. б. н. Н. П. Зиновьева, к. х. н. Е. Е. Сотников, А. В. Зорина, Т. И. Голова.
2. Утверждены и введены в действие Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, Первым заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации Г. Г. Онищенко 16 марта 2003 г.
4. Введены впервые с 1 июля 2003 г.

**ББК 51.21**

**Редакторы Акопова Н. Е., Кучурова Л. С.  
Технические редакторы Ломанова Е. В.**

**Подписано в печать 26.03.04**

**Формат 60x88/16**

**Печ. л. 4,5**

**Тираж 1000 экз.**

**Заказ 32**

**Министерство здравоохранения Российской Федерации  
101431, Москва, Рахмановский пер., д. 3**

**Оригинал-макет подготовлен к печати и тиражирован Издательским отделом  
Федерального центра госсанэпиднадзора Минздрава России  
125167, Москва, проезд Аэропорта, 11  
Отделение реализации, тел. 198-61-01**

**© Минздрав России, 2004  
© Федеральный центр госсанэпиднадзора  
Минздрава России, 2004**

## **Содержание**

Предисловие.....	4
Область применения.....	6
Газохроматографическое определение бензола, трихлорэтилена, толуола, тетрахлорэтилена, хлорбензола, этилбензола, м-, п-ксилолов, о-ксилола, стирола, изопропилбензола, о-хлортолуола и нафталина в воде: МУК 4.1.1205—03 .....	8
Газохроматографическое определение акрилонитрила, ацетонитрила, диметилформамида, диэтиламина и триэтиламина в воде: МУК 4.1.1206—03 .....	19
Газохроматографическое определение анилина, нитробензола, м-нитрохлорбензола и м-толуидина в воде: МУК 4.1.1207—03 .....	27
Хроматографическое определение 1,2,3-бензотриазола в воде: МУК 4.1.1208—03 .....	35
Газохроматографическое определение Е-капролактама в воде: МУК 4.1.1209—03 .....	44
Газохроматографическое определение метилизобутилкарбинола в воде: МУК 4.1.1210—03 .....	51
Газохроматографическое определение несимметричного диметилгидразина в воде: МУК 4.1.1211—03 .....	58
Газохроматографическое определение хлорпикрина в воде: МУК 4.1.1212—03 .....	66

## Предисловие

В настоящее время токсичные и опасные химические вещества распространены повсюду в окружающей среде. Так, высокое содержание медленно разлагающихся потенциально опасных органических веществ в водах продолжает возрастать, выбросы и стоки вредных химических веществ приобрели большие масштабы, и их регламентирование становится важнейшей задачей. Всего несколько лет назад гигиеническая опасность большей части из примерно миллиона загрязняющих веществ не была известна. К счастью, в настоящее время почти все промышленно развитые страны приняли и постоянно ужесточают законодательство, направленное на улучшение контроля качества водных объектов. Для обнаружения и мониторинга соединений привлекается аналитическая химия. Перед ней ставится задача разработки все более совершенных методов, регламентирующих анализ и требующих определения все большего числа веществ и продуктов их трансформации со все более низкими пределами обнаружения.

Актуальность разработки и внедрения эффективных аттестованных методов контроля качества воды обусловлена многими факторами. Главные из них: непрерывное расширение перечня нормированных показателей, ужесточение требований к чувствительности существующих методов вследствие изменения гигиенических нормативов в сторону их снижения, идентификация ранее неизвестных соединений в результате более широкого к настоящему времени применения методов обзорного анализа, принадлежность к группам высокотоксичных веществ, частота обнаружения ненормированных соединений.

Уже более 40 лет газовая хроматография остается одним из основных методов определения веществ в окружающей среде и, в частности, в водных объектах. Использование капиллярной газовой хроматографии и различных высокочувствительных детектирующих устройств позволили существенно улучшить селективность, снизить пределы обнаружения, повысить надежность идентификации компонентов сложных смесей загрязняющих веществ и продуктов их трансформации различной природы и токсичности. В то же время из всех используемых способов детектирования только масс-спектрометрический обладает наибольшим потенциалом в отношении идентификации компонентов и анализа проб неизвестного состава. Поэтому именно хромато-масс-спектрометрический метод к настоящему времени стал практически основным в многокомпонентном анализе.

В настоящем сборнике приведен широкий спектр газохроматографических методов контроля 26 органических соединений – представителей различных классов химических веществ: ароматических углеводородов, галоген-, азот-, кислородсодержащих соединений и др. Методы контроля представлены двумя основными видами анализа: целевым определением конкретных веществ и одновременным многокомпонентным определением до десяти и более веществ. Среди методов контроля на основе целевого анализа можно выделить эффективное высокочувствительное определение высокотоксичного несимметричного диметилгидразина ниже уровня гигиенического норматива. Представляет также интерес определение токсичного хлорпикрина – вещества ненормированного, но по результатам обзорных анализов нередко обнаруживаемого в водных объектах. Метод контроля 1,2,3-бензотриазола представлен двумя альтернативными хроматографическими определениями с использованием разных видов детектирования: пламенно-ионизационного и масс-спектрометрического. Методы контроля, помещенные в настоящем сборнике, иллюстрируют многообразие и эффективность современных и доступных к настоящему времени способов и приемов газовой хроматографии: капиллярную газовую хроматографию и различные виды детектирования, начиная от пламенно-ионизационного и до масс-селективного.

д. б. н. А. Г. Малышева

**УТВЕРЖДАЮ**

Главный государственный санитарный  
врач Российской Федерации,  
Первый заместитель Министра здраво-  
охранения Российской Федерации

Г. Г. Онищенко

16 марта 2003 г.

Дата введения: 1 июля 2003 г.

## **4.1. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ**

# **Определение концентраций химических веществ в воде централизованных систем питьевого водоснабжения**

**Сборник методических указаний  
МУК 4.1.1205—4.1.1212—03**

### **Область применения**

Сборник методических указаний по определению концентраций химических веществ в воде предназначен для использования органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора при осуществлении государственного контроля за соблюдением требований к качеству воды централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, водохозяйственными организациями, производственными лабораториями предприятий, контролирующими состояние водных объектов, а также научно-исследовательскими институтами, работающими в области гигиены водных объектов.

Включенные в сборник методические указания разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.563—96 «Методики выполнения измерений», ГОСТ 17.0.02—79 «Охрана природы. Метрологическое обеспечение контроля загрязненности атмосферы, поверхностных вод и почвы. Основные положения».

Методики выполнены с использованием современных физико-химических методов исследования, метрологически аттестованы и дают возможность контролировать содержание химических веществ меньше уровней их предельно допустимых концентраций (0,5 ПДК) в воде, установленных в СанПиН 2.1.4.559—96 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», а для веществ, не включенных в перечень этого документа, — в СанПиН 4630—88 «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения».

**Методические указания одобрены и приняты на бюро секции по физико-химическим методам исследования объектов окружающей среды Проблемной комиссии «Научные основы экологии человека и гигиены окружающей среды» и бюро Комиссии по государственному санитарно-эпидемиологическому нормированию Министерства здравоохранения Российской Федерации.**

**УТВЕРЖДАЮ**

Главный государственный санитарный  
врач Российской Федерации,  
Первый заместитель Министра здраво-  
охранения Российской Федерации

Г. Г. Онищенко

16 марта 2003 г.


Дата введения: 1 июля 2003 г.

#### **4.1. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ**

### **Газохроматографическое определение Е-капролактама в воде**

#### **Методические указания МУК 4.1.1209—03**

Настоящие методические указания устанавливают газохроматографическую методику количественного химического анализа воды централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения для определения в ней Е-капролактама в диапазоне концентраций 0,25—10 мг/дм<sup>3</sup>.



Мол. масса 113,16

Е-капролактам (лактам Е-аминокапроновой кислоты) – белые кристаллы, температура плавления – 68—69 °С, температура кипения – 262,5 °С, плотность – 1,4768 г/см<sup>3</sup>. Растворяется в органических растворителях и воде.

Е-капролактам, относится к 4 классу опасности. ПДК в воде централизованных систем питьевого водоснабжения – 1,0 мг/дм<sup>3</sup>.

#### **1. Погрешность измерений**

Методика обеспечивает выполнение измерений с погрешностью, не превышающей ± 9,2 %, при доверительной вероятности 0,95.

#### **2. Метод измерений**

Измерения концентраций Е-капролактама основаны на капиллярном газохроматографическом анализе воды с азотно-фосфорным детектированием, идентификации по времени удерживания и количественном определении методом абсолютной градуировки.

Нижний предел обнаружения в анализируемом объеме пробы – 0,25 мг/дм<sup>3</sup>.

Определению не мешают углеводороды, спирты, кислоты.

### **3. Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы, реактивы**

При выполнении измерений применяют следующие средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы.

#### ***3.1. Средства измерений***

Хроматограф газовый с азотно-фосфорным детектором (АФД)

Барометр-анероид М-67 ТУ 2504-1797—75

Весы аналитические лабораторные ВЛА-200 ГОСТ 24104—80Е

Меры массы ГОСТ 7328—82Е

Микрошприцы на 1, 5 и 10 мм<sup>3</sup>

фирмы Hamilton (Швейцария)

Посуда стеклянная лабораторная:

- колбы 2-100-2 ГОСТ 1770—74Е

- пипетки, вместимостью 0,1 см<sup>3</sup> ГОСТ 29227—91

- пробирки, вместимостью 10 см<sup>3</sup> ГОСТ 1770—74Е

Программно-аппаратный комплекс

«ЭКОХРОМ» для регистрации и

обсчета хроматограмм ТУ 5Е2.148.003

Секундомер СДС пр. 1-2-000 ГОСТ 5072—79

Термометр лабораторный шкальный ТЛ-2,

пределы 0—250 °С, цена деления – 1 °С ТУ 25-2021.003—88

#### ***3.2. Вспомогательные устройства***

Хроматографическая капиллярная колонка

из кварцевого стекла длиной 25 м и

внутренним диаметром 0,3 мм, с жидкой

фазой SE-54 (толщина пленки 5 мкм)

Баня водяная лабораторная ТУ 61-1-2850—76

Дистиллятор ТУ 61-1-721—79

Редуктор водородный ТУ 26-05-463—76

Редуктор кислородный ТУ 26-05-235—70

#### ***3.3. Материалы***

Азот сжатый, ос. ч. ГОСТ 9293—74

Водород сжатый ГОСТ 3022—89

### **3.4. Реактивы**

Ацетон, ч. д. а.	ГОСТ 2603—79
Вода дистиллированная	ГОСТ 6709—77
Е-капролактам	ГОСТ 7850—86Е

Допускается применение других средств измерений, вспомогательных устройств, материалов и реактивов с метрологическими и техническими характеристиками, не хуже указанных.

## **4. Требования безопасности**

4.1. При выполнении измерений с использованием газового хроматографа соблюдают правила электробезопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.019—79 и инструкцией по эксплуатации приборов, используемых в настоящей методике.

4.2. При работе с реактивами соблюдают требования безопасности, установленные для работы с токсичными, едкими и легковоспламеняющимися веществами по ГОСТ 12.1.005—88.

## **5. Требования к квалификации операторов**

К выполнению измерений допускают специалистов, имеющих квалификацию не ниже инженера-химика, с опытом работы на газовом хроматографе и программно-аппаратном комплексе «ЭКОХРОМ».

## **6. Условия измерений**

При выполнении измерений соблюдают следующие условия:

- процессы приготовления растворов и подготовки образцов к анализу проводят в нормальных условиях при температуре воздуха  $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$ , атмосферном давлении 630—800 мм рт. ст. и влажности воздуха не более 80 %;
- выполнение измерений на газовом хроматографе проводят в условиях, рекомендованных технической документацией к прибору.

## **7. Подготовка к выполнению измерений**

Перед выполнением измерений проводят следующие работы: приготовление растворов, подготовка хроматографической колонки, установление градуировочной характеристики, приготовление анализируемого образца.

### **7.1. Приготовление растворов**

*Исходный раствор Е-капролактама для градуировки ( $C = 0,5 \text{ мг}/\text{см}^3$ ). В колбу вместимостью  $100 \text{ см}^3$  вносят 50 мг Е-капролактама, доводят до метки ацетоном и тщательно перемешивают. Срок хранения – 1 год.*

### **7.2. Подготовка хроматографической колонки**

Капиллярную колонку помещают в терmostат хроматографа и, не подсоединяя к детектору, продувают газом-носителем со скоростью  $5,2 \text{ см}^3/\text{мин}$  при температуре  $250^\circ\text{C}$  в течение 7 ч. После охлаждения колонку подключают к детектору, записывают нулевую линию в рабочем режиме. При стабильной нулевой линии колонка готова к работе. Ежедневно перед проведением первого анализа при выходе АФД на рабочий режим проводят кондиционирование колонки при температуре  $250^\circ\text{C}$  в течение 2 ч.

### **7.3. Установление градуировочной характеристики**

Градуировочную характеристику устанавливают методом абсолютной градуировки на градуировочных растворах Е-капролактама в воде. Она выражает зависимость площади пика Е-капролактама на хроматограмме ( $\text{мВ} \cdot \text{с}$  – при автоматическом обсчете с использованием программно-аппаратного комплекса) от концентрации ( $\text{мг}/\text{дм}^3$ ) и строится по 5 сериям растворов для градуировки.

Каждую серию, состоящую из 5 растворов, готовят в пробирках вместимостью  $10 \text{ см}^3$ . Для этого в каждую пробирку вносят  $5 \text{ см}^3$  дистilledированной воды и добавляют в соответствии с табл. 1 исходный раствор.

Таблица 1

**Растворы для установления градуировочной характеристики  
при определении концентрации Е-капролактама**

Номер раствора	1	2	3	4	5
Объем рабочего раствора ( $C = 1 \text{ мг}/\text{см}^3$ ), $\text{мм}^3$	2,5	5,0	10,0	50,0	100,0
Концентрация 1,2,3-бензотриазола в воде, $\text{мг}/\text{дм}^3$	0,25	0,5	0,998	4,95	9,8

Пробирку закрывают пробкой, помещают в водянную баню и выдерживают ее при  $75—85^\circ\text{C}$  60—70 мин. Шприцем отбирают пробу нагретого раствора объемом  $5 \text{ мм}^3$ , вводят смесь в испаритель хроматографа и анализируют при следующих условиях:

## **МУК 4.1.1209—03**

температура термостата колонки программируется от 100 (4 мин изотерма) до 150 °С (30 мин изотерма) со скоростью 5 °С/мин;

температура испарителя 310 °С;

температура детектора 250 °С;

расход газа-носителя (азота) 5,2 см<sup>3</sup>/мин;

деление потока в испарителе отсутствует

чувствительность шкалы усилителя детектора  $2 \times 10^{-12}$  А;

время удерживания Е-капролактама 17 мин 43 с.

На полученных хроматограммах рассчитывают площадь пика Е-капролактама и по средним результатам из 5 серий строят градиуровочную характеристику. Градиуровку проводят 1 раз в месяц и при смене реактивов.

### **7.4. Отбор проб**

Основные требования к отбору проб по ГОСТ Р 51592—00 и ГОСТ Р 51593—00. Объем отобранный пробы воды должен быть не менее 100 см<sup>3</sup>. Пробы отбирают в емкости, изготовленные из полимерного материала или стекла. Пробы следует хранить не более 6 ч при температуре не выше 25 °С. Хранение проб более 6 ч проводят по ГОСТ Р 51592—00.

### **8. Выполнение измерений**

Помещают в пробирку 5,0 см<sup>3</sup> анализируемой воды, термостатируют и анализируют согласно п. 7.3.

На хроматограмме рассчитывают площади пиков.

Для получения результатов измерения содержания Е-капролактама проводят анализ двух параллельных образцов воды. Перед обработкой любых результатов необходимо проанализировать «холостую пробу» дистиллированной воды по п. 8, чтобы убедиться в отсутствии помех и загрязнений.

### **9. Обработка (вычисление) результатов измерений**

Концентрацию Е-капролактама в воде (мг/дм<sup>3</sup>) определяют по градиуровочной характеристике.

Вычисляют среднее значение концентрации Е-капролактама:

$$\bar{C} = 0,5 \sum_{i=1}^2 C_i$$

Рассчитывают относительную разницу результатов двух параллельных измерений одной пробы:

$$|C_1 - C_2| \leq 0,01 \cdot d \cdot \bar{C}, \text{ где}$$

$d$  – норматив оперативного контроля сходимости, равный 12,9 %.

## 10. Оформление результатов измерения

Результаты измерений концентраций Е-капролактама в 2 параллельных пробах воды оформляют протоколом в виде:  $C_{ср.}$ , мг/дм<sup>3</sup>  $\pm 9,2\%$  или  $C_{ср.} \pm 0,92 C_{ср.}$ , мг/дм<sup>3</sup> с указанием даты проведения анализа, места отбора пробы, названия лаборатории, юридического адреса организации, ответственного исполнителя и руководителя лаборатории.

## 11. Контроль погрешности измерений

11.1. *Контроль сходимости.* Выполняют по п. 9. При превышении норматива оперативного контроля сходимости эксперимент повторяют. При повторном превышении норматива выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам контроля, и устраняют их.

11.2. *Оперативный контроль погрешности.* Проводится при смене реагентов, после ремонта прибора. Образцами для контроля являются реальные пробы воды, к которым делается добавка измеряемого вещества в виде раствора. Отбирают 2 пробы воды и к 1 из них делают добавку таким образом, чтобы содержание определяемого вещества увеличилось по сравнению с исходным на 50–150 % и концентрация в пробе не выходила за верхний диапазон. Каждую пробу анализируют в точном соответствии с прописью методики и получают результат анализа исходной рабочей пробы –  $C_{исх.}$  и рабочей пробы с добавкой  $C'$ . Результаты анализа исходной рабочей пробы –  $C_{исх.}$  и с добавкой –  $C'$  получают по возможности в одинаковых условиях, т. е. их получает один аналитик с использованием 1 набора мерной посуды, 1 партии реагентов и т. д.

Результаты контроля признаются удовлетворительными, если выполняется условие:

$$|C' - C_{исх.} - C| < Kg, \text{ где}$$

$C$  – добавка вещества, мг/дм<sup>3</sup>;

$Kg$  – норматив оперативного контроля погрешности, мг/дм<sup>3</sup>.

При внешнем контроле ( $P = 0,95$ ) принимают:

$$Kg = \sqrt{(\Delta C')^2 + (\Delta C_{исх.})^2}, \text{ где}$$

## МУК 4.1.1209—03

$\Delta C^I$  и  $\Delta C_{исх}$  – характеристика погрешности для исходной пробы и пробы с добавкой, мг/дм<sup>3</sup>:

$$\Delta C_{исх} = 0,01 \cdot \delta_{отн.} \cdot C_{исх} \text{ и}$$

$$\Delta C^I = 0,01 \cdot \delta_{отн.} \cdot C^I$$

При внутрилабораторном контроле ( $P = 0,90$ ) принимают:

$$K'g = 0,84 \cdot Kg$$

При превышении оперативного контроля погрешности эксперимент повторяют. При повторном превышении указанного норматива выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам контроля, и устраняют их.

Методические указания разработаны Е. Е. Сотниковым (Всероссийский центр медицины катастроф «Зашита», г. Москва) и А. Г. Малышевой, Л. Ф. Кирьяновой, Д. Б. Каменецкой (НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды, г. Москва).