

**ГОСТ 26935—86**

**М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Й Й С Т А Н Д А Р Т**

---

**ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ  
КОНСЕРВИРОВАННЫЕ**

**МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОЛОВА**

**Издание официальное**



**Москва  
Стандартинформ  
2010**

**ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ****Метод определения олова**

Canned food-stuffs.

Method for determination of tin

МКС 67.050

ОКСТУ 9109, 9209

**ГОСТ  
26935—86****Дата введения 01.12.86****для продуктов детского питания и сырья для их производства****01.12.86;****для консервов, коньяков и сырья для их производства****01.07.88;****для других пищевых продуктов и сырья****01.07.89**

Настоящий стандарт распространяется на консервированные мясные, мясорастительные, пло-доовоощные, молочные, рыбные продукты и напитки, фасованные в жестяные банки, и устанавливает колориметрический метод определения олова.

Метод основан на измерении интенсивности окраски раствора комплексного соединения олова с кверцетином желтого цвета.

**1. МЕТОД ОТБОРА И ПОДГОТОВКИ ПРОБ**

1.1. Метод отбора проб и подготовка их к испытанию должны быть указаны в нормативно-технической документации на конкретную продукцию.

**2. АППАРАТУРА, МАТЕРИАЛЫ, РЕАКТИВЫ**

Весы лабораторные общего назначения 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г с допускаемой погрешностью взвешивания  $\pm 0,001$  г по ГОСТ 24104\*.

Весы лабораторные общего назначения 3-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 1 кг с допускаемой погрешностью взвешивания  $\pm 0,1$  г по ГОСТ 24104.

Колориметр фотоэлектрический лабораторный с устройством для отсчитывания значения оптической плотности и светофильтром с  $\lambda_{\max} = (440 \pm 5)$  нм по нормативно-технической документации или спектрофотометр для измерения в видимой области спектра.

Баня водяная.

Термометр стеклянный технический с диапазоном измерения от 0 до 50 °С с допускаемой погрешностью измерения  $\pm 1$  °С по ГОСТ 28498.

Прибор для измерения времени с допускаемой погрешностью измерения  $\pm 1$  мин.

Электроплитка бытовая по ГОСТ 14919 или других марок.

Штатив химический.

Воронки В-25—38 ХС, В-36—50 ХС, В-100—150 ХС по ГОСТ 25336.

Бюretка вместимостью 25 см<sup>3</sup> с ценой деления 0,1 см<sup>3</sup>.

Колбы мерные 2—50—2, 2—100—2, 2—1000—2 по ГОСТ 1770.

Пипетки градуированные вместимостью 1, 2, 5 и 10 см<sup>3</sup>.

Палочки из стекла по ГОСТ 21400.

Стаканы В-1—50 ТХС, В-1—100 ТХС, В-1—250 ТХС, В-1—600 ТХС, В-1—1000 ТХС по ГОСТ 25336.

\* С 1 июля 2002 г. действует ГОСТ 24104—2001 (На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 53228—2008).



Цилиндры 1—25 или 3—25, 1—250 или 3—250, 1—500 или 3—500 по ГОСТ 1770.

Бумага индикаторная лакмусовая красная или 2, 4-динитрофенол, раствор в этиловом спирте 1 г/дм<sup>3</sup>.

Фильтры беззольные.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Водорода перекись по ГОСТ 10929.

Кверцетин, раствор в этиловом спирте 2,0 г/дм<sup>3</sup>, профильтрованный через бумажный фильтр.

Кислота соляная по ГОСТ 3118, х.ч. или ч.д.а., концентрированная и раствор 83 г/дм<sup>3</sup> (8 %).

Натрия гидроокись по ГОСТ 4328, х.ч. или ч.д.а., раствор 200 г/дм<sup>3</sup> или аммиак водный по ГОСТ 3760, ч.д.а.

Натрий хлористый по ГОСТ 4233, х.ч. или ч.д.а., насыщенный раствор.

Олово металлическое, ч.д.а.

Спирт этиловый по ГОСТ 18300 или по ГОСТ 5962\*.

Тиомочевина по ГОСТ 6344, х.ч. или ч.д.а., раствор 100 г/дм<sup>3</sup>.

Допускается применять импортные оборудование, посуду и реактивы с техническими характеристиками не ниже отечественных аналогов.

### 3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

#### 3.1. Приготовление основного раствора олова массовой концентрации 0,1 мг/см<sup>3</sup>.

0,1 г металлического олова взвешивают в стакане вместимостью 50 см<sup>3</sup> с погрешностью не более  $\pm 0,001$  г и растворяют при слабом нагревании на электрической плитке в 10 см<sup>3</sup> концентрированной соляной кислоты при добавлении 2 см<sup>3</sup> перекиси водорода. В раствор добавляют 40 см<sup>3</sup> концентрированной соляной кислоты и количественно переносят с помощью дистиллированной воды в мерную колбу вместимостью 1000 см<sup>3</sup>. Объем раствора в колбе доводят до метки дистиллированной водой.

Основной раствор олова хранят не более 2 мес.

#### 3.2. Минерализация

##### 3.2.1. Минерализация мокрым способом — по ГОСТ 26929.

3.2.2. Аналогично готовят контрольную пробу, используя применяемые для минерализации реактивы, прибавляя их в тех же объемах и последовательности, что и для минерализации пробы.

#### 3.3. Приготовление растворов сравнения, контрольного раствора и построение градуировочного графика

3.3.1. Для приготовления растворов сравнения 25 см<sup>3</sup> основного раствора олова по п. 3.1 вносят в мерную колбу вместимостью 100 см<sup>3</sup>, объем раствора в колбе доводят до метки дистиллированной водой и перемешивают. Раствор готовят непосредственно перед использованием. Раствор содержит 25 мкг олова в 1 см<sup>3</sup>.

3.3.2. В мерные колбы вместимостью 50 см<sup>3</sup> помещают 0,4; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 и 5,0 см<sup>3</sup> раствора по п. 3.3.1, т. е. соответственно 10; 25; 50; 75; 100 и 125 мкг олова. В каждую колбу вводят 1 см<sup>3</sup> раствора хлористого натрия.

3.3.3. Объем раствора в колбе доводят до 10 см<sup>3</sup> дистиллированной водой, последовательно добавляют 5 см<sup>3</sup> раствора соляной кислоты 83 г/дм<sup>3</sup> и 10 см<sup>3</sup> раствора тиомочевины. Содержимое колб перемешивают.

В каждую колбу вводят 5 см<sup>3</sup> раствора кверцетина, сразу же доводят объем раствора почти до метки этиловым спиртом, перемешивают и выдерживают на водяной бане при температуре (20  $\pm$  2) °C в течение (25  $\pm$  5) мин.

После термостатирования объем раствора в колбе доводят до метки этиловым спиртом и перемешивают.

3.3.4. Контрольный раствор готовят аналогично растворам сравнения без введения раствора олова.

3.3.5. Оптическую плотность раствора сравнения измеряют по отношению к контрольному раствору на фотоэлектрическом колориметре с применением светофильтра с  $\lambda_{\max} = (440 \pm 5)$  нм в кювете с расстоянием между рабочими гранями 20 мм или на спектрофотометре при длине волны 437 нм в кювете с расстоянием между рабочими гранями 10 мм. Если при заполнении кюветы в растворе образуются пузырьки газа, кювету оставляют стоять до полного освобождения раствора от пузырьков, после чего фотометрируют.

\* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51652—2000.

### **С. 3 ГОСТ 26935—86**

3.3.6. Градуировочный график строят, откладывая по оси абсцисс массы олова в мкг, внесенные в растворы сравнения, по оси ординат — соответствующие им значения оптической плотности.

3.3.7. При подготовке растворов по пп. 3.3.1—3.3.4 необходимые объемы жидкостей отбирают только пипетками или бюретками. Приготовление растворов сравнения, контрольного раствора и построение градуировочного графика повторяют при смене партии кверцетина, тиомочевины или соляной кислоты.

## **4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ**

4.1. В мерную колбу вместимостью 50 см<sup>3</sup> помещают аликовотный объем минерализата, равный 5 см<sup>3</sup>, и осторожно нейтрализуют из бюретки раствором гидроокиси натрия или водным аммиаком с использованием индикаторной лакмусовой бумаги или 2, 4-динитрофенола, раствор которого вводят в мерную колбу в количестве 0,1 см<sup>3</sup>. Нейтрализацию проводят при использовании лакмусовой бумаги до изменения ее цвета из красного в синий, а при использовании 2, 4-динитрофенола — до появления интенсивного желтого цвета. Определяют объем щелочи, израсходованный на нейтрализацию.

Далее выполняют операции по п. 3.3.3.

Аналогично готовят контрольный раствор из контрольной пробы по п. 3.2.2.

Оптическую плотность испытуемого раствора измеряют по отношению к контрольному раствору, как указано в п. 3.3.5.

Если подготовленный к фотометрированию раствор содержит осадок или величина его оптической плотности превышает величину оптической плотности раствора сравнения с содержанием олова 125 мкг, испытание повторяют, используя меньший аликовотный объем минерализата.

4.2. По полученному значению оптической плотности с помощью градуировочного графика находят массу олова.

## **5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ**

5.1. Массовую долю олова ( $X_1$ ) в млн<sup>-1</sup> (мг/кг) или массовую концентрацию ( $X_2$ ) в мг/дм<sup>3</sup> вычисляют по формулам:

$$X_1 = \frac{m_1 \cdot 50}{V_1 \cdot m}; \quad X_2 = \frac{m_1 \cdot 50}{V_1 \cdot V},$$

где  $m_1$  — масса олова, найденная по градуировочному графику, мкг;

$m$  — масса навески продукта, взятой для минерализации, г;

$V_1$  — аликовотный объем минерализата, взятый для испытания, см<sup>3</sup>;

$V$  — объем продукта, взятый для минерализации, см<sup>3</sup>;

50 — общий объем минерализата, см<sup>3</sup>.

Вычисление проводят до первого десятичного знака.

5.2. За окончательный результат принимают среднеарифметическое значение ( $\bar{X}$ ) результатов двух параллельных определений, допускаемое расхождение между которыми при  $P = 0,95$  не должно превышать 20 % по отношению к среднеарифметическому значению. Окончательный результат округляют до целого числа.

5.3. Пределы возможных значений систематической составляющей погрешности измерений массовой доли олова любой пробы при допускаемых методикой изменениях влияющих факторов составляют  $\pm 0,10 \bar{X}$ .

5.4. Минимальная масса олова, определяемая данным методом, составляет 10 мкг в колориметрируемом объеме.

5.5. Значение среднеквадратичного отклонения случайной составляющей погрешности измерений массовой доли олова одной и той же пробы в разных лабораториях при допускаемых методикой изменениях влияющих факторов составляет 0,14  $\bar{X}$ .

5.6. Допускаемое расхождение между результатами испытаний, выполненных в двух разных лабораториях, при  $P = 0,95$  не должно превышать 40 % по отношению к среднеарифметическому значению.

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ**

- 1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.06.86 № 1777**
- 2. ВЗАМЕН ГОСТ 5370—58 в части метода определения олова**
- 3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер раздела, пункта	Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер раздела, пункта
ГОСТ 1770—74	2	ГОСТ 10929—76	2
ГОСТ 3118—77	2	ГОСТ 14919—83	2
ГОСТ 3760—79	2	ГОСТ 18300—87	2
ГОСТ 4233—77	2	ГОСТ 21400—75	2
ГОСТ 4328—77	2	ГОСТ 24104—88	2
ГОСТ 5962—67	2	ГОСТ 25336—82	2
ГОСТ 6344—73	2	ГОСТ 26929—94	3.2.1
ГОСТ 6709—72	2	ГОСТ 28498—90	2

- 4. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 12.07.91 № 1245**
- 5. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Март 2010 г.**

## СОДЕРЖАНИЕ

ГОСТ 26186—84 Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Методы определения хлоридов . . . . .	3
ГОСТ 26671—85 Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные Подготовка проб для лабораторных анализов . . . . .	11
ГОСТ 26889—86 Продукты пищевые и вкусовые. Общие указания по определению содержания азота методом Кельдаля. . . . .	15
ГОСТ 30178—96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов . . . . .	23
ГОСТ 30538—97 Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов атомно-эмиссионным методом . . . . .	33
ГОСТ Р 51301—99 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрические методы определения содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка) .	65
ГОСТ 26927—86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути . . . . .	91
ГОСТ 26928—86 Продукты пищевые. Метод определения железа . . . . .	105
ГОСТ 26929—94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов . . . . .	111
ГОСТ 26930—86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка. . . . .	123
ГОСТ 26931—86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди . . . . .	131
ГОСТ 26932—86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца . . . . .	147
ГОСТ 26933—86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия . . . . .	159
ГОСТ 26934—86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка . . . . .	171
ГОСТ 26935—86 Продукты пищевые консервированные. Метод определения олова . . . . .	183

## СЫРЬЕ И ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ

### Методы определения токсичных элементов

БЗ 8—2009

Редактор *М.И. Максимова*

Технический редактор *В.Н. Прусакова*

Корректор *А.С. Черноусова*

Компьютерная верстка *В.И. Грищенко*

Сдано в набор 16.12.2009. Подписано в печать 22.04.2010. Формат 60×84<sup>1/8</sup>. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 21,86. Уч.-изд. л. 17,90. Тираж 490 экз. Изд. № 3860/2. Зак.

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.

www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.

Отпечатано в ордена Трудового Красного Знамени типографии им. Скворцова-Степанова

ФГУП Издательство «Известия» УД П РФ

Генеральный директор Э.А. Галумов

127994, ГСП-4, г. Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5

Контактные телефоны: 694-36-36, 694-30-20, e-mail: izd.izv@ru.net